



Er is bij u middels een operatie materiaal ingebracht om uw botbreuk vast te zetten. Dit materiaal is veelal van titanium of roestvrijstaal gemaakt. In deze folder vindt u antwoorden op enkele vragen die vaak gesteld worden over dit type materiaal.

## **Gaat het poortje op de luchthaven piepen door het materiaal in mijn lichaam?**

Het korte antwoord is: nee.

Deze apparaten zijn dusdanig afgesteld dat ze niet alarmeren op dit soort materialen. Mocht dit in uitzonderlijke gevallen tóch gebeuren dan biedt een handscanner en uw litteken uitkomst. Het zal in ieder geval niet tot problemen leiden.

## **Moet mijn materiaal verwijderd worden?**

Osteosynthesemateriaal wordt bij volwassenen niet standaard verwijderd. Dit is namelijk niet nodig en vergt een tweede operatie met bijbehorende risico's (veelal wondinfectie). Het materiaal wordt wél verwijderd als er specifieke klachten zijn die duidelijk te wijten zijn aan het materiaal. Dit dient u te bespreken met uw arts.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie.